NÁVOD K POUŽITÍ		DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
GELOVÉ PODLOŽKY		**Katalogové číslo**
P - Gelové podložky	**Počet stran:** 1/2	Pro všechny výrobky OKL

Popis výrobku:

OKL ®zdravotní polohovací podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerového gelu. Jsou měkké, protiskluzové a rovnoměrně rozkládají tlak těla, čímž poskytují velmi efektivní ochranu proti proleženinám. Podložky neobsahují latex a nemají žádné nepříznivé účinky.

OKL ®zdravotní polohovací podložky zajišťují během operace širokou možnost polohování zároveň s komfortem a stabilitou pacientů. Snižují délku operace, maximálně redukují a odstraňují tlak podložky na části těla, čímž zabraňují poškození tkání a nervů.

Upozornění:

Zacházejte s podložkami opatrně, nikdy netrhejte okraje a podložky příliš nenapínejte.

Zabraňte styku podložky s tvrdými a ostrými předměty.

OKL ®zdravotní polohovací podložky mají vysokou tepelnou kapacitu. V případě delší operace podložku předem nahřejte, aby byla minimalizována ztráta tepla pacienta.

OKL ®zdravotní polohovací podložky mohou být předehřívány v horké vodě, jejíž teplota nesmí přesahovat tělesnou teplotu (37°C); provozní teplota podložky je od -10 do + 45 °C.

OKL ®zdravotní polohovací podložky jsou nevodivé a mohou být využity při rozmanitých elektrochirurgických zákrocích. V případě vysokofrekvenčních elektrochirurgických zákroků nesmí být pacient uzemněn. Hrozí riziko závažného poranění (např. popálenin).

Použití vysokofrekvenčního přístroje konzultujte s odborníkem operačního oddělení a dodržujte instrukce v uživatelské příručce přístroje.

OKL ®zdravotní polohovací podložky propouští rentgenové paprsky. V případě použití RTG umístěte podložku vždy mezi zdroj záření a pacienta, abyste u pacienta snížili dávku radiace.

OKL ®zdravotní polohovací podložky by měly být skladovány na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření.

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim,tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

OKL ®zdravotní polohovací podložky jsou voděodolné. Dezinfikujte běžnými vlhkými i studenými desinfekčními prostředky. Povrch podložky může být čištěn čistou vodou nebo dezinfekčními prostředky. Může být použit alkohol, ale vyhněte se použití jodových prostředků. Není doporučována dezinfekce plynem, autoklávování ani dlouhodobé namáčení podložky.

Oprava podložky:

K opravě podložky lze použít záplaty na opravy podložek. Před aplikací záplaty podložku očistěte a řádně osušte, zbytky po použití náplasti můžete odstranit hadříkem navlhčeným minerálním olejem. Zbytky minerálního oleje očistěte teplou vodou se saponátem a důkladně vysušte. Pozorně změřte poškozenou oblast a ustřihněte opravnou pásku tak, aby záplata přesahovala 0,8 cm na každé straně poškozené části. Opatrně oddělte polovinu opravné pásky a nalepte na poškozenou oblast. Poté nalepte druhou polovinu pásky. Jakékoliv vzduchové bubliny by měly být před opětovným použitím podložky odstraněny.

Záruka:

Při správné manipulaci s podložkou je garantována záruční lhůta 5 let.

Balení:

1 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

Aucland Medical Polymer

ZhongXing Road, CaiTai, XiQing District, Tianjin

China

http://www.okltj.com

Distributor:

DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz